10

Meter:
Selecteer in de lijst het serienummer dat overeenkomt met het serienummer op het beeldscherm van de insulinepomp.

11

Meter:
De meter probeert nu een koppeling tot stand te brengen met de insulinepomp.

12

Insulinepomp:
In beeldscherm verschijnt bovenstaande melding.

13

Insulinepomp:
Klik op Bevestigen.

14

De insulinepomp geeft de displayweergave Koppeling geslaagd weer. Druk op ● om dit te bevestigen.

15

Voordat de apparaten met het communiceren kunnen beginnen, moet de display van de insulinepomp worden uitgeschakeld.
Druk op ● om dit te bevestigen.

16

Meter:
Controleer of de PIN-code overeenkomt met die op het beeldscherm van de insulinepomp. Selecteer Ja.

17

Selecteer OK.

OPMERKING

- Is de verbinding tussen de meter en de insulinepomp om de een of andere reden verbroken of gestopt (bijvoorbeeld doordat je het beeldscherm van de insulinepomp hebt ingeschakeld), dan wordt de verbinding herstart zodra beide apparaten binnen communicatiebereik zijn en het beeldscherm van de insulinepomp is uitgeschakeld.
- Indien de PIN-code en het serienummer van de te koppelen apparaten niet overeenkomen; Selecteer Nee en probeer nogmaals.
- Indien de koppeling niet tot stand komt; de melding Apparaat niet gekoppeld verschijnt in het beeldscherm. Selecteer OK om naar het menu Communicatie terug te keren en probeer nogmaals de koppeling tot stand te brengen.

Indien bovenstaande nog steeds niet lukt, neem dan contact op met Accu-Chek Diabetes Service via 0800-0220585 of e-mail almere.dc@roche.com

ACCU-CHEK® Insight

84460750011 11/2017

Ga voor meer informatie naar www.accu-chek.nl
of bel 0800 - 022 05 85 (gratis).

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSIGHT zijn handelsmerken van Roche. © 2017 Roche Diabetes Care.
Alle rechten voorbehouden.

Roche Diabetes Care • Postbus 1450 • 1300 BL Almere **www.accu-chek.nl**

ACCU-CHEK® Insight

De Accu-Chek® Insight insulinepomp en meter koppelen

Voordat je de insulinepomp met de meter kunt bedienen, moeten de meter en de insulinepomp worden gekoppeld. Heb je de meter en de insulinepomp als een set ontvangen, dan zijn ze al gekoppeld en hoef je niets te doen.

De meter en de insulinepomp kunnen slechts met 1 apparaat tegelijk zijn gekoppeld. Als een van de apparaten eerder met een ander apparaat gekoppeld is geweest (bijvoorbeeld met een vervangende meter of insulinepomp), moet je eerst de vorige koppeling verwijderen. Zie **Ontkoppelen van de meter en de insulinepomp** voor aanwijzingen over het ontkoppelen van de apparaten.

Ontkoppelen van de meter en de insulinepomp

Hoofdmenu > Communicatie > Koppelingen beheren

1

Meter:
Selecteer Communicatie in Hoofdmenu van de meter.

2

Meter:
Selecteer Koppelingen beheren.

3

Meter:
Selecteer ✕ naast de naam van de insulinepomp.

4

Meter:
Selecteer Ja.

5

Insulinepomp:
Selecteerin het menu Instellingen Communicatie. Druk op < >

6

Insulinepomp:
Selecteer in het menu Communicatie Apparaat verwijderen. Druk op < >

7

Insulinepomp:
Selecteer de meter die u wilt verwijderen door met pijltjes naar boven of naar beneden te gaan. Druk op < >

Koppelen van de meter en de pomp

Hoofdmenu > Communicatie > Nieuwe koppeling instellen > Apparaten

1

Meter:
Selecteer in het Hoofdmenu Communicatie.

2

Meter:
Selecteer Nieuwe koppeling instellen.

3

Meter:
In het beeldscherm verschijnt bovenstaande melding.

4

Insulinepomp:
Selecteer Instellingen.

5

Insulinepomp:
Selecteer Communicatie.

6

Insulinepomp:
Selecteer apparaat toevoegen.

7

Insulinepomp:
In het beeldscherm verschijnt het serienummer van de insulinepomp.

Bevestig het serienummer op de meter.

8

Meter:
Op het beeldscherm verschijnt bovenstaande melding.
Selecteer Volgende

9

Meter:
in het beeldscherm verschijnt bovenstaande melding.

OPMERKING

- Als de insulinepomp zich in de modus Apparaat toevoegen bevindt, zendt deze een signaal uit, dat andere apparaten kunnen detecteren om met de insulinepomp te koppelen.
- Voor gedetailleerdere aanwijzingen over het instellen van de insulinepomp in de modus Apparaat toevoegen, moet je de **gebruiksaanwijzing van de Accu-Chek® Insight insulinepomp** raadplegen.